

הנחיות למתן דגימת שתן לבדיקה כללית ותרבית

- לקוח נכבד,
- אנו מבקשים להסב את תשומת לבך לגבי החשיבות של לקיחה נכונה של דגימת שתן. יש להקפיד על תנאי ניקיון וחייטוי של אזור מתן השתן על מנת להפחית את הסיכוי לזיהום חיצוני שמקורו בעור ובריירות שמסביב. לשם כך ההנחיות הבאות:
- מומלץ להביא לבדיקה את השתן הראשון של הבוקר.
 - אם הבדיקה היא " שתן כללית " בלבד (ללא תרבית) אפשר לאסוף דגימה אקראית.
 - מומלץ להמנע מלבצע בדיקת שתן כללית במקרים של דימום או הפרשות מרובות. מומלץ לבצע את הבדיקה כאשר הגורמים הללו נעלמים או מתמעטים. (אלא אם יש הוראת רופא מפורשת).
 - כלי איסוף : 1) יש לאסוף בכלי פלסטי חד- פעמי מיוחד בעל מכסה עם הברגה שמנפקת המעבדה.
 - 2) איסוף שתן אצל תינוקות : המעבדה תספק שקית מיוחדת לפי דרישה.
 - איסוף שתן מ"אמצע הזרם" (לתרבית) : יש לנקות את אזור מתן השתן במגבון סטרילי, יש להשליך את תחילת זרם השתן לאסלה ובהמשך לאסוף אל הכוס הסטרילית (חלק אמצעי של הזרם).
 - את יתרת השתן יש להשליך לאסלה.
 - יש לשמור את כלי האיסוף סגור עד מועד השימוש בו.
 - יש לאסוף את השתן לפחות עד חצי הנפח של הכוס אך לא למלא אותה עד גובה המכסה.
 - לאחר איסוף השתן, יש לסגור את הכוס ולהבריג היטב את המכסה.
 - יש להעביר את הדגימה אל המעבדה במהירות האפשרית.
- הערות חשובות:** יש לשים לב שלא יחלפו יותר משעתיים מזמן הלקיחה ושנפח הדגימה לא יהיה קטן מ 10 מ"ל.
- אין לאסוף דגימה לאחר מתן חומר ניגוד רדיולוגי (IVP) המכיל יוד. יש להמנע מלאסוף דגימה מזוהמת עם הפרשות גסות או צואה. להקפיד על שלמות כלי האיסוף וסגירתו (לבל יסדק או ידלוף).

תאריך 06.12.2011 AML	חתימה אלי גר	שם ושלר ענת	הנחיות למתן שתן כללית ותרבית	
עמוד מס. 1 מתוך 1		גרסה מס. 3	טופס מס. GL-3005-A5	

American Medical
Laboratories
Israel LTD A M L



אמריקן מדיקל
לבורטוריס
(ישראל) בע"מ א.מ.ל.

Guidelines for collecting urine samples for routine tests and cultures

Dear customer,

We would like to draw your attention to the proper procedure of urine collections of samples to be submitted to the laboratory for routine urinalysis and culture testing.

It is important to keep the body area around the collection clean and disinfected in order to minimize external contamination inherent in the skin and surrounding mucosa.

It is recommended to submit to the laboratory a sample of "The first urine" of the morning. If the requested test is routine only (no culture), any random collection may be submitted

It is preferable to avoid urine tests when the samples contain blood or other secretions, and postpone testing to a time when the urine is devoid of the above or relatively clean, (unless there is a strict order by a doctor to perform the test).

1) Collection utensils. Urine should be placed in a plastic, disposable, screw-cap bottle provided by the laboratory.

2) Urine collections from infants: The laboratory provides special bags for this purpose, by request.

3) Collecting "mid-stream" samples for culture tests: The sampling body area must be cleaned well by a sterile pad. The first part of the stream is discarded and the next part collected into the sterile bottle. The rest of the urine is discarded as well.

The samples must be kept tightly closed at all times. The bottles should be filled to at least half volume, not too close to the stopper, and contain at least 10 ml. The samples should be brought to the laboratory as early as possible, within 2 hours.

Important remarks : Urine samples should not contain Radiological Contrast Dyes with iodine (IVP). The samples should be free of liquid stool, gross secretions, and tightly closed.

תאריך 06.12.2011 AML	חתימה אלכז עג'ם	שם ושלר ענת	הנחיות למתן שתן כללית ותרבית	
עמוד מס. 2 מתוך 1		גרסה מס. 3	טופס מס. GL-3005-A5	